



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3057

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心
Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center

校准证书

Calibration Certificate

证书编号/Certificate No.:第 20034916 号

委托方:

Client:

安平县三强金属丝网制造有限公司

器具名称:

Sample's Name:

钢卷尺

制造单位:

Manufacturer:

藤野

型号/规格:

Model/Specification:

5m

器具编号:

Serial No.:

TY-H5-17

委托方地址/项目名称:

Client's Address:



主管:

Approved By:

施岩

核验员:

Inspected By:

王奇

校准员:

Calibrated By:

李玉梅

校准日期

Calibration Date:

2020

年

Y

05

月

M

20

日

D

建议下次校准日期

Next Time to Calibration:

2021

年

Y

05

月

M

19

日

D

地址: 北京市通州区永顺镇竹木厂4号3012室

联系电话: 010-60511385 60511386

邮编: 101100

Email: bjgoldenruler@126.com

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心

Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center

证书编号/Certificate No.:第 20034916 号

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心是中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的校准实验室。
Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center Accredited by CNAS.

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书号:
CNAS Laboratory Accreditation Certificate No.:

CNAS L3057

校准依据的技术文件 (代号、名称) / Reference Documents for the Calibration (Code Name)
参照JJG 4-2015 钢卷尺国家计量检定规程

计 量 标 准 Measurement Standards

计量标准器名称 Measurement Standard	因瓦标准尺
测 量 范 围 Measuring Range	(0~10)m
不确定度/准确度/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/MPE	MPE: $\pm(0.02+0.02L)$ mm
计量标准证书及有效期 Certificate Date of Expiry	2021年5月19日 此日期为校准标准器有效期, 与被校准设备无关。
溯 源 性 Traceability	本次校准使用标准可溯源到长度国家基准

校 准 地 点 及 环 境 条 件 Site and Environmental Conditions for Calibration

地 点 Site	北京市通州区永顺镇竹木厂4号3012室 010-60511385 60511386		
温 度 Temperature	22.5 °C	相对湿度 Humidity	40 %RH

校 准 结 果 Results

1. 外观及各部件功能相互作用/Appearance and interaction of components				符合要求				
2. 线纹宽度 (mm) /Line width(mm)				0.2				
3. 实际长度 (详见下表) /Actual length (see table below)								
被测间隔(m) Measured interval		20℃时实际长度/Actual length (m) (mm)			被测间隔(m) Measured interval		20℃时实际长度/Actual length (m) (mm)	
0~1		1 0.2						
0~2		2 0.4						
0~3		3 0.7						
0~4		4 0.9						
0~5		5 0.8						

示值误差测量值不确定度uncertainty of indication error: $U= (0.05+0.01L)$ mm, $k=2$
本次校准结果满足国家相关项目检定规程要求

- 注:
1. 校准结果仅对所校计量器具有效/The calibration results are valid only for the measuring instruments;
 2. 未经本中心许可, 不得部分复印本证书Without the permission of the centre, the part may not be copied;
 3. 本证书未加盖本中心校准专用章无效Certificate is invalid without certification stamp.