



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3057

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心
Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center

校准证书

Calibration Certificate

证书编号/Certificate No.:第 20151314 号

委托方:

Client:

安平县三强金属丝网制造有限公司

器具名称:

Sample's Name:

千分尺

制造单位:

Manufacturer:

XIFENG

型号/规格:
Model/Specification:

(0-25) mm/0.01mm

器具编号:

Serial No.:

XF18790076

委托方地址/项目名称:

Client's Address:



主管:
Approved By:

施岩

核验员:
Inspected By:

王杰

校准员:
Calibrated By:

张宇

校准日期

Calibration Date:

2020

年

Y

05

月

M

29

日

D

建议下次校准日期

Next Time to Calibration:

2021

年

Y

05

月

M

28

日

D

地址: 北京市通州区永顺镇竹木厂4号3012室

联系电话: 010-60511385 60511386

邮编: 101100

Email: bjgoldenruler@126.com

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心

Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center

证书编号/Certificate No.:第 20151314 号

北京市金标尺测绘仪器校准检测中心是中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的校准实验室。 Beijing Golden Ruler Measure Instrument Calibration & Testing Center Accredited by CNAS.						
中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书号: CNAS Laboratory Accreditation Certificate No.:					CNAS L3057	
校准依据的技术文件 (代号、名称) / Reference Documents for the Calibration (Code Name) 参照JJG JJG 21-2008千分尺国家计量检定规程						
计 量 标 准 Measurement Standards						
计量标准器名称 Measurement Standard			量块			
测 量 范 围 Measuring Range			(0~500) mm			
不确定度/准确度/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/MPE			4 等			
计量标准证书有效期 Certificate Date of Expiry			2020年12月31日 此日期为校准标准器有效期, 与被校准设备无关。			
溯 源 性 Traceability			本次校准使用标准可溯源到长度国家基准			
校 准 地 点 及 环 境 条 件 Site and Environmental Conditions for Calibration						
地 点 Site			北京市通州区永顺镇竹木厂4号3012室 010-60511385 60511386			
温 度 Temperature			21.8 °C		相对湿度 Humidity	
					43 %RH	
校 准 结 果 Results						
1. 外观及各部件功能相互作用					符合要求	
2. 示值误差 (详见下表)						
受检点 (mm)	5.12	10.24	15.36	21.50	25.00	----
示指误差 (μm)	1.70	1.38	1.42	1.30	1.59	----
测量结果的不确定度 示值误差测量值不确定度: $U=0.8\mu\text{m } k=2$ 本次校准结果满足国家相关项目检定规程要求, 仪器合格。						

- 注:
1. 校准结果仅对所校计量器具有效;
 2. 未经本中心许可, 不得部分复印本证书;
 3. 本证书未加盖本中心校准专用章无效。